

Relatório de Ensaio Nº: 8736.2023- V.0

Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: ESTAR BEM SOLUCOES SAUDAVEIS LTDA

Proposta Comercial: 1527.2023.V0

Endereço: Avenida Dionísio Alencar, 850 Jangurussu - Fortaleza/CE CEP: 60870576

Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da amostra: FLOCOS DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO LIVRE D

Matriz e Origem Amostra: Produtos em geral - Outros

Tipo de Embalagem: Embalagem Original

Temp no Recebimento: Ambiente

Lote: 108/23

Data Fabricação: 18/04/2023

Data Validade: 13/01/2024

Data de Coleta: 12/05/2023

Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento: 15/05/2023 07:14:00

Data Início Amostra: 16/05/2023

Data Conclusão Amostra: 30/05/2023

Resultados

Parâmetros	Resultados	Unidade Medida
Determinação de Resíduos de Glúten	<5,00	ppm
Determinação de Resíduos de Soja	<2,50	ppm

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Determinação de Resíduos de Soja	RIDASCREEN Fast Soya - Manual, p 12-20 - R-BIOPHARM
Determinação de Resíduos de Glúten	RIDASCREEN Gliadin - Manual, p 12-20 - R-BIOPHARM

Legenda

ppm - Partes por Milhão

VE - Valor Esperado

NA - Não Aplicável

Observações:

- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado e conforme recebida pelo laboratório.
- Resultados liberados precedidos do sinal "<" significam que o analito não foi detectado e o valor apresentado é o limite de quantificação do método.
- Este relatório não pode ser reproduzido sem a autorização do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra.

ALDO BACCARIN:22292535734

31/05/2023 12:51:58

ICP-Brasil - 240504235302Z



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ANGELA HOTZ MORET:28991787843

31/05/2023 12:51:58

ICP-Brasil - 230928192527Z



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Código de Verificação: 0012600005169000193870202300000

Link para acesso verificação do relatório: 1

Aldo Baccarin
CRQ 04303090 (4ª região)
Responsável Técnico

Angela Hotz Moret
CrBio 61119/01-D
Gerente